

ZP/UR/171/2019

Rzeszów, 12.09.2019 r.

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania **Sprzedaż wraz z dostawą wytrząsarki dla mikro płytek 2-stanowiskowej z funkcją dwustronnego ogrzewania dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z p. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

**Pytanie 1:** Uprzejmie prosimy o sprawdzenie pozycji 21 opisu przedmiotu zamówienia - wymagane wymiary platformy 50 x 150 mm. Platforma o tych wymiarach nie pomieści 2 szt. standardowych mikro płytek g6-dołkowych. Czy dopuszczają Państwo wymiary platformy 250 x 150 mm ?

**Odpowiedź:** Tak zamawiający dopuszcza.

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr Joanna Toczek

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

