

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 05.09.2019r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/159/2019 na „Sprzedaż i dostawę zasilacza gradientów XFD-PS do aparatu rezonansu magnetycznego Optima MR360” na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający będzie wymagał odnawialnej gwarancji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga gwarancji zgodnie z zapisami siwz – rozdz. II pkt 3 – termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - jak w rozdz. V pkt 5 siwz

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści zasilacz gradientów rekondycjonowany, z gwarancją wymaganą przez Zamawiającego tj. minimum 18 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

  
mgr Joanna Toczek

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*

