

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 18.11.2020r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/229/2020 na **Sprzedaż i dostawa detektora FID wraz z wyposażeniem** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego.

**Pytanie 1:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr ZP/UR/229/2020 na Sprzedaż i dostawę detektora FID wraz z wyposażeniem zwracamy się z pytaniami:

1. Prosimy o podanie modelu chromatografu gazowego, w którym będzie instalowany opisywany detektor FID oraz dodatkowe wyposażenie.
2. Czy zamawiający wymaga, aby instalacja detektora FID była przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta mającego siedzibę w Polsce ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że posiada chromatografu gazowego model 7890A Agilent Technologies i wymaga, aby instalacja detektora FID była przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta.

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr Joanna Toczek

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*