

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 23.11.2020r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/229/2020 na **Sprzedaż i dostawa detektora FID wraz z wyposażeniem** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego.

**Pytanie 1:**

Przy wykonywaniu upgrade chromatografu 7890A o detektor FID producent zaleca wymianę/aktualizację jednostki sterującej. Czy zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie ?

**Odpowiedź:**

Tak zamawiający wyraża na takie rozwiązanie

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*