

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu**

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania **Sprzedaż wraz z dostawą czytnika płytek 96-dołkowych z wytrząsaniem oraz wytrząsarki orbitalnej na potrzeby Instytutu Technologii Żywności i Żywnienia** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn .zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Dot. Zadanie nr 1,**

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuści czytnik mikroplątek wyposażony w filtry 405, 450, 492 i 620 nm ?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający dopuści czytnik mikroplątek z kolorowym ekranem LCD (480x272 punkty) sterowany klawiaturą membranową odporną na zalanie ?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający dopuści czytnik z wewnętrzną pamięcią 99 protokołów oraz 100 wyników pomiarowych z możliwością magazynowania większej ilości wyników na pamięci USB ?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający dopuści czytnik bez portu Ethernet ?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostawy filtra 600 nm, Zamawiającemu wystarczy wymagany filtr 595 nm który posiada zbliżoną drogę optyczną ?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że liczba dodatkowych filtrów, nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 5.

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona