

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania **Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu laboratoryjnego wraz oprogramowaniem na potrzeby Instytutu Technologii Żywności i Żywnienia** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn .zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wydzieli umożliwi składanie ofert częściowych na poszczególne zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Spektrofotometr pytania:

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie pomiarów 200-1000nm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładności długości fali równej 2nm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o powtarzalności długości fali ≤ 1 nm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze źródłem światła w postaci lampy wolframowej i deuterowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona