

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu**

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania na **Sprzedaż wraz z dostawą kolumn chromatograficznych na potrzeby Instytutu Technologii Żywności i Żywnienia** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn .zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1:** Czy złoża krzemionkowe jest dopuszczalne?

**Odpowiedź:** Złóża krzemionkowe jest dopuszczalne. Dla Kolumny HPLC Sugar D złoża krzemionkowe z drugorzędowymi i trzeciorzędowymi grupami aminowymi jako grupami funkcyjnymi, natomiast dla kolumny HPLC MS-II złoża krzemionkowe monometrycznie połączone grupami oktadecylowymi (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

**Pytanie nr 2:** Czy wymiary kolumny 150mm x 4.6mm są odpowiednie?

**Odpowiedź:** Wymiary kolumny 4,6mm x 150 mm są odpowiednie dla kolumny MS-II. (wymiary kolumn podane są w opisie przedmiotu zamówienia)

**Pytanie nr 3:** Czy wymiary złoża 3µm są odpowiednie?

**Odpowiedź:** Wymiary złoża 3 µm nie są odpowiednie. Dla jednej i dla drugiej kolumny, cząsteczki złoża powinny być o średnicy 5 mikronów (µm) (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona