

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania na **Sprzedaż wraz z dostawą kolumn chromatograficznych na potrzeby Instytutu Technologii Żywności i Żywnienia** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn .zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Czy dopuszczalne są produkty równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający opisał w SIWZ informację dotyczącą możliwości składania ofert równoważnych.

Pytanie nr 2: dot. zadania 1:

Czy zamawiający dopuści kolumnę o następujących parametrach:

Zastosowanie: do analizy kwasów organicznych, złożonych kwasów, cukrów, alkoholi oraz alkoholi cukrowych.

Dane techniczne: Kształt – H Rozmiar cząsteczki – 8 mikromilimetrów

Rozmiar porów – 8% sieciowanie

Kształt cząstek – sulfonowany usieciowany kopolimer styrenodiwinylobenzen

Zalecany eluent – 0,01 N kwas siarkowy, z możliwością użycia do 10% zawartości organicznej w fazie ruchomej,

Długość – 300 mm

Średnica wewnętrzna – 7,8mm

Połączenie 1/16"

Zakres temperatury – maksymalnie do 85 st. C

Odporny na ciśnienie – maksymalnie do 6g barów.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona