

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Naprawę i regenerację komórki crackerowej fosforowej. Dekontaminacja z materiałów niebezpiecznych : fosfor. Naprawa układu sterownika oraz regeneracja przepustów próżniowych i elektrycznych. Wymiana zaworu crackera. Testy. Demontaż i montaż komórki i komponentów w systemie III V.
2. Naprawę i regenerację pompy komory wzrostu III – V PEG2000S wraz z dekontaminacją materiałów niebezpiecznych As oraz P.