

Rzeszów dnia 06.07.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/63/2012

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Dostawa, instalacja, szkolenie i uruchomienie w pełni funkcjonalnego nowego stanowiska do wzrostu kryształów metodą Czochralskiego dla Pracowni Badania Materiałów Laserowych Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej.**

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zapewni wszystkie konieczne podłączenia tj. elektryczne, gazowe, hydrauliczne, kanalizacyjne konieczne do poprawnej pracy systemu do wzrostu kryształów.

Odpowiedź:

Przyłączenie urządzenia leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego informacje jakie media są dostępne (zapewnione) w pomieszczeniu i na tej podstawie ocenić czy są one wystarczające do instalacji urządzenia.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający udostępni wymiary pomieszczenia do instalacji systemu do wzrostu kryształów ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający udostępni wymiary pomieszczenia. Wymiary części pomieszczenia przeznaczonej do instalacji zestawu do wzrostu kryształów to 407 cm x 705 cm.

Pytanie nr 4:

Jakie są wymiary światła otworu drzwiowego wraz z ościeżnicami prowadzącego do pomieszczenia do instalacji systemu do wzrostu kryształów?

Odpowiedź:

Wymiary otworu drzwiowego to 100 cm x 209 cm.

Pytanie nr 5:

Czy pomieszczenie przeznaczone do instalacji systemu do wzrostu kryształów jest gotowe do instalacji

systemu do wzrostu kryształów metodą Czochralskiego, czy wciąż jest w trakcie budowy/realizacji ?

Odpowiedź:

Pomieszczenie znajduje się w nowym budynku przed jego oddaniem do użytkowania. Zamawiający udostępni pomieszczenie na czas realizacji prac instalacyjnych.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wykreśli ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis:
Jeżeli dostarczana aparatura będzie wymagała przeróbek budowlanych to Wykonawca opracuje projekt wykonawczy i wykona na jego podstawie roboty budowlane konieczne do wykonania instalacji umożliwiające prawidłowe uruchomienie i działanie fabrycznie nowego stanowiska do wzrostu kryształów metodą Czochralskiego:

W przypadku zaistnienia konieczności przeróbek budowlanych zakres prac projektowych powinien obejmować:

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień wraz z pokryciem związanych z nimi opłat administracyjnych.
- projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami (również w wersji elektronicznej na nośniku CD) – 4 egz. – jeżeli dotyczy
- projekt wykonawczy (również w wersji elektronicznej na nośniku CD) – 4 egz
- uzgodnienia dokumentacji

Dokumentację projektową dotyczącą przeróbek budowlanych Wykonawca zobowiązuje się opracować zgodnie z warunkami programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr. 202, poz. 2072). Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze dokumentacji lub jej części za dodatkowym wynagrodzeniem równym wysokości kosztu powielania tych egzemplarzy. Projekty budowlane i wykonawcze muszą zostać uzgodnione i autoryzowane przez głównego projektanta – Studio EL Pracownia Projektowo Realizacyjna, al. Wiśniowa 23, 53-137 Wrocław, własnym staraniem i na własny koszt wykonawcy.

Gwarancje i serwis po-gwarancyjny

Wykonawca udzieli co najmniej pięciu lat gwarancji na roboty budowlane obejmujące serwisowanie, przeglądy okresowe oraz wymianę materiałów ulegających zużyciu lub wymagających wymiany. Koszty serwisowania, przeglądów okresowych, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Wykonawca.

Minimum 1 miesiąc przed upływem ...-letniego okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu listę wymiennalnych elementów razem z aktualnym cennikiem- zgodnym z cenami rynkowymi , które (jeżeli zajdzie taka potrzeba) zobowiązuje się dostarczać i ewentualnie wymieniać w ciągu pięciu lat po zakończonym okresie gwarancyjnym. Jeżeli ceny poszczególnych elementów ulegną zmianie, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dane elementy po cenach rynkowych, nie zawyżając ich wartości. Pomimo iż Wykonawca ma zapewnić możliwość serwisu pogwarancyjnego, Zamawiający może dokonać wyboru innej firmy do serwisowania.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia stosowny zapis.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z SIWZ system do wzrostu kryształów :

- ma umożliwiać wzrost kryształów o średnicy dochodzącej do 2 cali tj. 5.1 cm
- ma zawierać tygiel o wielkości O 60 mm / H 60 mm.

System z tygłem o podanych powyżej wymiarach jest w stanie wytworzyć kryształ o średnicy do ok. 25- 30mm.

Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący maksymalnej wymaganej średnicy uzyskiwanego kryształu z 2`` na 25mm?

Odpowiedź:

Urządzenie powinno mieć możliwość otrzymania kryształu o średnicy do 2", przy zastosowaniu odpowiednio dużego tygla. Przy dostarczeniu przez Wykonawcę urządzenia jedynie z tygłem o wymiarach fi 60 mm / H60 mm Zamawiający dopuszcza maksymalną średnicę kryształu wynoszącą 25 mm przy jego otrzymaniu z ww. tygla.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający zmieni zapisy Umowy dotyczące kar umownych z :

1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy (§1, § 2 i § 3 ust. 1 i 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny umownej netto (§ 1 ust.1),

b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny umownej netto (§ 1 ust.1),

c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia wolnego od wad (gwarancja) liczonego od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny umownej netto (§ 1 ust.1),

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej netto (§ 1 ust.1) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 19 poz. 177 z p. z.) oraz w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% ceny umownej netto (§ 1 ust.1) za odstąpienie Zamawiającego bądź Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

na:

1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:

a) za każdy **tydzień** opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy (§1, § 2 i § 3 ust. 1 i 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny umownej netto (§ 1 ust.1),

b) za każdy **tydzień** opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny umownej netto (§ 1 ust.1),

c) za każdy **tydzień** opóźnienia w dostarczeniu urządzenia wolnego od wad (gwarancja) liczonego od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny umownej netto (§ 1 ust.1),

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5%** ceny umownej netto (§ 1 ust.1) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 19 poz. 177 z p. z.) oraz w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy **5%** ceny umownej netto (§ 1 ust.1) za odstąpienie Zamawiającego bądź Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące kar , zmieniając ich wysokość jak poniżej:

Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy (§1, § 2 i § 3 ust. 1 i 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny umownej netto (§ 1 ust.1),

b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny umownej netto (§ 1 ust.1),

c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia wolnego od wad (gwarancja)

liczonego od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny umownej netto (§ 1 ust.1), 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej netto (§ 1 ust.1) za

odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 19 poz. 177 z p. z.) oraz w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% ceny umownej netto (§ 1 ust.1) za odstąpienie Zamawiającego bądź Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz.

Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

.....
Sekretarz komisji
przetargowej