

Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej.

Łączna liczba urządzeń (o parametrach podanych poniżej) : 10 szt.

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać: typ, model oraz producenta)	
Akcelerometr – 10 szt.			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1.	Analizowanie dziennej aktywności fizycznej	TAK / NIE	XXXX
2.	Kabel USB do każdego urządzenia (10 szt.)	TAK / NIE	XXXX
3.	Kontrola czasu noszenia	TAK / NIE	XXXX
4.	Sensor oświetlenia otoczenia	TAK / NIE	XXXX
5.	Wodoodporność min. 1 metr, 30 minut	XXXX	
6.	Podstawowa analiza snu	TAK / NIE	XXXX
7.	Podstawowe wykresy	TAK / NIE	XXXX
8.	Wykres pomiarów inklinometrycznych	TAK / NIE	XXXX
9.	Porównanie danych	TAK / NIE	XXXX
10.	USB, Bluetooth Smart	TAK / NIE	XXXX
11.	Współdziałanie z innymi czujnikami (np. Polar)	TAK / NIE	XXXX
12.	Pojemność max. 2GB/120 dni	XXXX	
13.	Wymiary min. 4,6 x 3,3 x 1,5 cm	XXXX	
14.	Waga w zakresie 15-30 g	XXXX	
15.	Częstotliwość próbkowania max. 30-100 Hz	XXXX	
16.	Żywotność baterii min. 25 dni	XXXX	
17.	Zakres dynamiczny (podstawowy akcelerometr) ± 8G	XXXX	
18.	Lokalizacja czujnika nadgarstek, biodro, kostka, udo	TAK / NIE	XXXX
19.	Mierzone parametr : Akcelerometria (G)	TAK / NIE	XXXX
20.	Mierzone parametry: Licznik aktywności (Activity Counts)	TAK / NIE	XXXX
21.	Mierzone parametry: Wydatek energetyczny	TAK / NIE	XXXX
22.	Mierzone parametry: Wskaźnik MET's	TAK / NIE	XXXX
23.	Mierzone parametry: Liczba kroków	TAK / NIE	XXXX
24.	Mierzone parametry: Intensywność wysiłku fizycznego	TAK / NIE	XXXX
25.	Mierzone parametry: Czas aktywności (Activity Bouts)	TAK / NIE	XXXX
26.	Mierzone parametry: Czas braku aktywności (Sedentary Bouts)	TAK / NIE	XXXX
27.	Mierzone parametry: Pozycja ciała	TAK / NIE	XXXX
28.	Mierzone parametry: Sleep latency (SL) – Latencja	TAK / NIE	XXXX

	snu		
29.	Mierzone parametry : Total sleep time (TST) - całkowity czas snu	TAK / NIE	XXXX
30.	Mierzone parametry: Sleep efficiency (SE) – wydajność snu	TAK / NIE	XXXX
31.	Mierzone parametry: Wake after sleep onset (WASO) - Czuwanie wtrącone	TAK / NIE	XXXX
32.	Mierzone parametry: Otoczenie zewnętrzne	TAK / NIE	XXXX
33.	Hub USB – 7 por – 1 szt.	TAK / NIE	XXXX
34.	Elastyczny pas 1 szt. (po 1 szt. do każdego urządzenia) - rozmiar medium 91 cm	TAK / NIE	
35.	Pełna gwarancja min.12 miesięcy od daty odbioru	XXXX	

UWAGA !!

1. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
2. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
3. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.