

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla części I pn.:

Dostawa twardościomierza dla Pracowni Materiałoznawstwa Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa twardościomierza
2. **Wszystkie techniczne parametry wymienione poniżej są parametrami minimalnymi.** Kontrahent może zaoferować aparaturę mającą parametry techniczne lepsze niż określone przez zamawiającego. Producent, typ, model oferowanego urządzenia z uwzględnieniem wszystkich komponentów systemu.
 - 2.1. Wszystkie komponenty urządzenia są fabrycznie nowe, najnowszej generacji.
 - 2.2. Urządzenia posiadają oznakowanie CE.
 - 2.3. Instrukcje obsługi w języku angielskim i/lub polskim, dostarczone wraz z urządzeniem.
 - 2.4. Dostawa urządzenia kompletnego do pracy do siedziby Użytkownika.
 - 2.5. Nazwa parametru/funkcja pomiarowa/wyposażenie.
 - 2.6.1 Twardościomierz przenośny umożliwiający pomiar twardości metodą LEEBA.
 - 2.6.2 Głowica twardościomierza umożliwiająca pomiar twardości metali i stopów.
 - 2.6.3. Kalibracyjny wzorzec twardości z certyfikatem kalibracji.
 - 2.6.4. Możliwość importu danych pomiarowych do komputera.
 - 2.6.5 Możliwość pomiaru zgodnie z normą ASTM A956-02 & DIN 50156.
 - 2.6.6. Urządzenie powinno zapewniać pomiar w dowolnej pozycji oraz dowolnym kącie nachylenia w stosunku do powierzchni pomiarowej.
 - 2.6. Gwarancja na urządzenie 12 miesięcy.
 - 2.7. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.