

ZP/UR/94/2012

Rzeszów dnia 12.09.2012r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/94/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 12.09.2012r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/94/2012 na: **Dostawę i instalację urządzeń oraz specjalistycznych mebli laboratoryjnych dla Pracowni Metrologii i Współczesnych Systemów Akwizycji Danych** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Zadanie 5: Dostawa częstościomierzy, zasilaczy, oporników, oscyloskopów, generatorów i mierników cyfrowych dla Pracowni Metrologii i Współczesnych Systemów Akwizycji Danych

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z rekordem akwizycji 10k punktów przy pracy jednokanałowej oraz 5k punktów przy pracy dwukanałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oscyloskop z rekordem akwizycji 10k punktów przy pracy jednokanałowej oraz 5k punktów przy pracy dwukanałowej.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Eugeniusz Niżnik