

ZP/UR173/2014

Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 2: Dostawa komory laminarnej.

Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*)	
<i>Komora laminarna</i>		*	
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sprzęt przeznaczony do pracy z cytostatykami, II klasy bezpieczeństwa	TAK / NIE	XXXX
2.	Blat roboczy min. 120 cm	XXXX	
3.	Sprzęt zapewnia pionowy, laminarny przepływ powietrza	TAK / NIE	XXXX
4.	Min. 3 filtry HEPA o wydajności min. 99,999% dla cząstek o średnicy min. 0,3 µm	XXXX	
5.	Filtr węglowy wylotowy	TAK / NIE	XXXX
6.	Automatyczna kompensacja zużycia filtrów	TAK / NIE	XXXX
7.	Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV	TAK / NIE	XXXX
8.	Przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,2 – 0,8 m/s lub szerszym	XXXX	
9.	Okno frontowe wykonane z min. podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem min. 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego	XXXX	
10.	Blat roboczy dzielony (maks. 4 płyty autoklawialne) lub pełny, perforowany z blachy nierdzewnej	XXXX	
11.	Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej	TAK / NIE	XXXX
12.	Lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy	TAK / NIE	XXXX
13.	Oświetlenie białe jarzeniowe min. 1400 lux	XXXX	
14.	Minimum 2 gniazda elektryczne (220-240 V)	XXXX	

15.	Minimum 1 zawór gazu	XXXX	
16.	Stelaż na blokowanych kółkach	TAK / NIE	XXXX
17.	Zasilanie 230V/60 Hz	XXXX	
18.	Pobór prądu maks. 450 W	XXXX	
19.	Wyposażenie komory: min. 1 lampa doświetlająca przestrzeń roboczą, min. 1 lampa bakteriobójcza UV, min. 2 gniazda elektryczne wewnątrz przestrzeni roboczej, min. 1 podstawa pod komorę laminarną	XXXX	
20.	Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca	TAK / NIE	XXXX
21.	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)	XXXX	*
22.	Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin	XXXX	
23.	Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	TAK / NIE	XXX
24.	Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu	TAK / NIE	XXXX

UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- A. Cena brutto oferty : 80 %
 B. Gwarancja (w miesiącach): 20 %

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego czasu oferta zostaje odrzucona.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.