

ZP/UR/173/2014

Załącznik nr 1.1 do siwz

**Zadanie 7: Dostawa wag analitycznych i precyzyjnych**

**Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia**

| Nazwa przedmiotu zamówienia          |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*) |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Poz. nr 1 Waga analityczna -2 sztuki |  | *  |   |
| Lp.                                  | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia   | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia  | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1                                    | 2  | 3  | 4   |
| 1.                                   | Waga umożliwia ważenie z dokładnością 0,01 mg/0,1 mg lub precyzyjniej  | XXXX   |   |
| 2.                                   | Działka legalizacyjna: 1 mg  | XXXX   |   |
| 3.                                   | Kalibracja wewnętrzna  | TAK / NIE  | XXXX  |
| 4.                                   | Całkowicie automatyczne poziomowanie z wizualizacją  | TAK / NIE  | XXXX  |
| 5.                                   | Waga wyposażona w jonizator wbudowany w komorę wagową i sterowany z poziomu wyświetlacza                             | TAK / NIE  | XXXX  |
| 7.                                   | Zakres ważenia nie mniejszy niż 60/120 g, waga dwuzakresowa  | XXXX   |   |
| 8.                                   | Średni czas pomiaru – ≤ 6 s  | XXXX   |   |
| 9.                                   | Minimalna naważka z zachowaniem dokładności odczytu 0,01 mg – nie większa niż 60 g                                   | XXXX   |   |
| 10.                                  | Wyświetlacz odczytu dotykowy kolorowy  | TAK / NIE  | XXXX  |
| 13.                                  | Instalacja i uruchomienie wagi   | TAK / NIE  | XXXX  |
| 14.                                  | Wielkość szalki nie większa niż 85 x 85 mm   | XXXX   |   |
| 15.                                  | Wysokość komory wagowej nie mniejsza niż 261 mm  | XXXX   |   |
| 16.                                  | Komora wagowa automatycznie otwierana z funkcją zapamiętywania odległości i kolejności otwierania osłon              | TAK / NIE  | XXXX  |
| 17.                                  | Komora wagowa bez belkowa (przy otwartych osłonach) umożliwiająca ergonomiczną pracę na wadze                        | TAK / NIE  | XXXX  |
| 18.                                  | Dodatkowy zestaw szalkowy umożliwiający ważenie w różnych naczyniach wagowych np. kolby, zlewki, lub ważenie filtrów | TAK / NIE  | XXXX  |
| 19.                                  | Menu wyświetlacza w języku polskim   | TAK / NIE  | XXXX  |
| 20.                                  | Czas reakcji serwisowej- maksymalnie 48 godzin   | TAK/NIE  | XXXX  |
| 21.                                  | Czas naprawy maks. 21 dni  | XXXX   |   |
| 22.                                  | Legalizacja  | TAK / NIE  | XXXX  |

| Poz. nr 2 Waga laboratoryjna – 2 sztuki |   | *   |  |
|---|---|---|--|
| Lp.                                     | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1                                       | Dokładność: 1 mg lub precyzyjniejsza  | XXXX                                      |  |
| 2                                       | Działka legalizacyjna: 10 mg  | XXXX                                      |  |
| 3                                       | Kalibracja wewnętrzna, automatyczna pod wpływem temperatury i upływu czasu  | TAK / NIE                                 | XXXX   |
| 4                                       | wyświetlacz ciekłokrystaliczny kolorowy dotykowy, z podziałem pionowym na procesy i aplikacje                                       | TAK / NIE                                 | XXXX   |
| 5                                       | Zakres ważenia nie większy niż 510 g  | XXXX                                      |  |
| 6                                       | Średni czas pomiaru – ≤ 3 s   | XXXX                                      |  |
| 7                                       | Szalka okrągła o średnicy nie większej niż: 180 mm  | XXXX                                      |  |
| 8                                       | Menu wyświetlacza w języku polskim  | TAK / NIE                                 | XXXX   |
| 9                                       | waga z możliwością bezpośredniego transferu danych do komputera (bez dodatkowego oprogramowania) w formie tabularycznej i tekstowej | TAK / NIE                                 | XXXX   |
| 10                                      | Waga wyposażona w pełną pamięć raportów kalibracji/adjustacji uszeregowanych ze względu na datę i czas wykonania                    | TAK / NIE                                 | XXXX   |
| 11                                      | Waga wyposażona w komorę wagową nie wyższą niż 209 mm   | XXXX                                      |  |
| 12                                      | Czas reakcji serwisowej- maksymalnie 48 godzin  | TAK/NIE                                   | XXXX   |
| 13                                      | Czas naprawy maks. 21 dni   | XXXX                                      |  |
| 14                                      | Legalizacja   | TAK / NIE                                 | XXXX   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Wymagana min. gwarancja na <u>wszystkie wagi z poz. 1 i 2</u> :<br>min. 24 miesiące*<br><b>(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)</b> | Oferujemy gwarancję: |
|---|----------------------|

#### UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów

#### Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania nr 7

##### Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- A. Cena brutto oferty : 70%  
B. Gwarancja (w miesiącach): 30%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Oferty z zaoferowanym okresem gwarancji poniżej wymaganego zostanie odrzucona. W okresie gwarancji bezpłatna walidacja i legalizacja wag. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.