

ZP/UR/182/2013

Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 pn:

Zużywalne materiały do analiz na aparacie: piec wysokotemperaturowy: KANTALE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

wysokotemperaturowe kantale grzewcze współdziałające i przeznaczone do urządzenia - piec wysokotemperaturowy HTL 02/18.

kantale dostosowane do ogrzewania 4 stron pieca HTL 02/18.

przeszkolenie z używania dostarczanych kantali podczas pierwszej dostawy (wymagany dokument poświadczający posiadanie autoryzowanego serwisu obsługi urządzenia HTL 02/18).

w celu poświadczenia, iż oferent prowadzi działalność na najwyższym poziomie wymagany certyfikat ISO 9001 oraz 14001 w zakresie dystrybucji wyposażenia laboratoriów wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

Nr etapu	ASORTYMENT	Liczba jednostek
1	Zużywalne materiały do analiz na aparacie piec wysokotemperaturowy: KANTALE (1 komplet = 4 sztuki kantali super oporowych 1800)	6
2	Zużywalne materiały do analiz na aparacie piec wysokotemperaturowy: KANTALE (1 komplet = 4 sztuki kantali super oporowych 1800)	6

Zadanie 2 pn:

Zużywalne materiały do analiz na aparacie: piec do wybuchowości: ZAPALNIKI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

zapalniki chemiczne dostosowane do współdziałania z urządzeniem KSEP 20

zapalniki wyposażone w plastikowy kołnierz z pokrywą

zapalnik wyposażony w 18 cm kabel doprowadzający

siła zapalnika 5000 J dostosowana do konfiguracji urządzenia KSEP 20

przeszkolenie z używania dostarczanych zapalników na urządzeniu KSEP 20 podczas pierwszej dostawy (wymagany dokument poświadczający posiadanie autoryzowanego serwisu obsługi urządzenia KSEP 20)

w celu poświadczenia, iż oferent prowadzi działalność na najwyższym poziomie wymagany certyfikat ISO 9001 oraz 14001 w zakresie dystrybucji wyposażenia laboratoriów wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

Nr etapu	ASORTYMENT	Liczba jednostek
1	Zużywalne materiały do analiz na aparacie piec do wybuchowości: ZAPALNIKI DO PIECA (1 komplet = 2 zlutowane zapalniki po 5kJ)	1000
2	Zużywalne materiały do analiz na aparacie piec do wybuchowości: ZAPALNIKI DO PIECA (1 komplet = 2 zlutowane zapalniki po 5kJ)	1000