

ZP/UR/26/2015

Załącznik nr 1.10 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 10: Dostawa piły sekcyjnej

Piła sekcyjna oscylacyjna – szt. 2 - dostawa fabrycznie nowego urządzenia

1.	Prędkość oscylacji 12 000/min. +/- 10%
2.	Podczas cięcia odsysanie bezpośrednio z ostrza stałych cząstek i płynów
3.	Filtracja zasysających odpadów
4.	Zbiornik urządzenia ssącego min. 7 litrów
5.	Urządzenie na kółkach z możliwością blokady
6.	Waga max. 15kg
7.	Zasilanie 230V/ 50Hz
8.	Moc aspiratora min. 700W
9.	Możliwość odłączenia aspiratora i wykorzystanie jako zwykłej piły oscylacyjnej sekcyjnej
10.	Opis techniczny i oryginalne katalogi producenta ze zdjęciami
11.	Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim (wraz z dostawą)
12.	Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji
13.	Gwarancja minimum 12 miesięcy
14.	Okres naprawy – reakcja serwisu max. 24 h.
15.	Okres naprawy – max. 7 dni.
16.	Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE i wpisany/zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych.
17.	Kryteria oceny 70% cena 20% termin dostawy i montażu 10% gwarancja

