

ZP/UR/26/2015

Załącznik nr 1.5 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5: Dostawa łaźni wodnej z płytą grzewczą

Łaźnia wodna z płytą grzewczą 2 kpl. – dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia

1. Parametry płyty grzewczej:

- płynnie regulowana temperatura pracy
- zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem
- podświetlany włącznik sieciowy
- czarna powierzchnia płyty zapewniająca widoczność szkiełek mikroskopowych
- regulacja temperatury w zakresie ok. od +30°C do max. +70°C
- dokładność $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230V, 50Hz

2. Parametry łaźni wodnej:

- płynna regulacja temperatury
- zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem
- elektroniczna kontrola temperatury
- łaźnia wyposażona w pokrywę zapobiegającą nadmiernemu parowaniu wody
- regulacja temperatury w zakresie ok. od +30°C do max. +70°C
- dokładność $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- łaźnia wodna z podświetleniem
- zasilanie 230V, 50Hz

Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE i wpisany/zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych.

Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń

Gwarancja minimum 12 miesięcy

Okres naprawy – reakcja serwisu max. 24h.

Okres naprawy – max. 7 dni.

Kryteria oceny

70% cena

20% termin dostawy i montażu urządzenia

10% gwarancja