

ZP/UR/32/2015

Załącznik nr 1.1 do siwz

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis urządzeń jakie oferuje Wykonawca**

### **Zadanie 1: Dostawa negatoskopów -4 sztuki**

Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne

- urządzenie do podświetlania zdjęć RTG
- luminacja ekranu  $>6000 \text{ cd/m}^2$
- płynna regulacja luminacji ekranu
- ekran równomiernie przepuszczający światło
- obudowa metalowa
- zasilanie 230V/50 Hz
- możliwość zawieszenia na ścianie
- wymagane certyfikaty: wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)
- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty oryginalne katalogi/karty producenta ze zdjęciami (nie rysunkami) oferowanych urządzeń
- czas reakcji serwisowej max. 72 godz.- czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
- gwarancja min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego

Kryteria oceny oferty:

- cena – 80%
- okres gwarancji – 20 %

*(oferowany okres gwarancji należy obowiązkowo wpisać do formularza oferty-zał. nr 1 do siwz)*

*Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.*

*Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.*