

Opis przedmiotu zamówienia

Dygestorium jednokomorowe, kwasoodporne

wym. zewn. **1200x900x2100** mm (dł. x gł. x wys.) +/- 5cm

Płyta robocza (blat) wykonany z materiału kwasoodpornego (Płyta robocza może być wykonana z litego spieku ceramicznego bądź ceramiki technicznej)

Ściana wewnętrzna może być wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze lub wyłożona ceramiką

Szafka pod blatem dygestorium stacjonarna

Wyposażone w instalacje :

- dygestorium wyposażone w czujnik przepływu powietrza
- 2x gniazda el. 230 V 16A klasy IP-54 (hermetyczne)
- instalacja el. z zerowaniem 230V, 50Hz
- lampa ośw. klasy IP-65 montowana poza komorą dygestorium
- 1x ujęcie wody
- 1x zlewik ceramiczny (wym.300x145mm) +/- 5cm z podłączeniami z pp
- okno na przeciwwagach – okienny system „Gregg” lub równoważny pozwalający na ustawieniu okna w dowolnym położeniu /góra-dół/ i zapobiegający niekontrolowanemu opadnięciu okna.
- szyby szkło hartowane
- wentylator dachowy z instalacją (długość kanału wentylacyjnego 15m średnica 25 cm)
- montaż
- gwarancja: min 24 miesiące (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

(oferowany okres gwarancji należy obowiązkowo wpisać do formularza oferty- zał. nr 1 do siwz)