

**Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia**

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
Dygestoria-2 szt. W tym: -jedna sztuka dygestorium z wentylatorem wymaganym w pozycji 12 opisu przedmiotu zamówienia - jedna sztuka bez wentylatora (zamawiający posiada zamontowany wentylator na dachu)			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dygestorium jednokomorowe	TAK / NIE	XXXX
2.	Dygestorium kwasoodporne	TAK / NIE	XXXX
3.	Wymiary zewnętrzne dygestorium: Szerokość <u>1200 mm lub mniej</u> Głębokość 900 mm (±10) Wysokość 2100 – 2400 mm	XXXX	
4.	Blat wykonany z materiału kwasoodpornego	TAK / NIE	XXXX
5.	Ściana wewnętrzna komory wykonana z materiału kwasoodpornego	TAK / NIE	XXXX
7.	Szyby wykonane ze szkła hartowanego	TAK / NIE	XXXX
8.	Okna na przeciwwagach, umożliwiające ręczną regulację położenia stacjonarnego	TAK / NIE	XXXX
9.	Szafka stacjonarna pod blatem podłączona do wywiewu dygestorium	TAK / NIE	XXXX
10.	Co najmniej jedno doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieku (wylewka) z zaworami na panelu przednim	XXXX	
11.	Doprowadzenie gazu palnego z zaworem na panelu przednim	TAK / NIE	XXXX
<u>12.</u>	Wentylator dachowy z instalacją (długość kanału wentylacyjnego 5-7 m, średnica 25 cm, lub mniejsza)-wymagany do jednej sztuki dygestorium.	TAK / NIE	XXXX
13.	Instalacja dygestorium wraz z wentylatorem	TAK / NIE	XXXX
14.	2 gniazda el. 230 V 16A klasy IP-54 (hermetyczne) do instalacji z zerowaniem 230V, 50Hz	TAK / NIE	XXXX
15.	Lampa oświetleniowa klasy IP-65 montowana poza komorą dygestorium	TAK / NIE	XXXX
16.	Gwarancja minimum 24 miesiące	XXXX	

**UWAGA !!**

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

**Kryterium –czujnik przepływu powietrza.**

Czujnik przepływu powietrza dla obu sztuk dygestorium (*stanowi kryterium oceny ofert)	TAK/NIE	XXXX
---	---------	------

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi negatywnej oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Jeśli wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi ani TAK lub NIE oferta również otrzyma 0 punktów.

Cena- 80%

Czujnik przepływu powietrza - 20 %

.....  
*podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*