

Opis przedmiotu zamówienia

na Detektor FID wraz z wyposażeniem do Zakładu Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

1. Detektor płomieniowo jonizacyjny – FID
 - minimalny limit detekcji (MDL) detektora FID lepszy niż 1,5 pg C/s
 - zakres liniowy detektora: 10^7
 - częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych przynajmniej 500 Hz
 - zakres temperaturowy prac detektora do 450 st. C

Wyposażenie:

1. Kolumna 100m, 0,25 mm ID, 0,2um
2. Strzykawka 10 mikrolitrów
3. Filtr wyłapujący zanieczyszczenia w wodorze
4. Filtr wyłapujący zanieczyszczenia w azocie
5. Prowadnica igły
6. Szklana wkładka do dozownika minimum 2 sztuki
7. Ferulki 0,4 mm VG
8. Filtr wylotowy dozownika minimum 2 sztuki
9. Połączana uszczelka do dozownika
10. Wialki 2ml minimum 3 opakowania po 100szt
11. Nakrętki na 2 ml wialki z septą minimum 3 opakowania po 100 szt.
12. Instalacja, Uruchomienie i serwisowa obsługa gwarancyjna w cenie sprzętu
13. Całodniowe szkolenie
14. Zestaw wzorców
15. Gwarancja min. 24 miesiące