

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 3: Sprzedaż i dostawa wraz z wymianą fabrycznie nowych pomp CRIO do układów MBE

Usługa dostawy i wymiany fabrycznie nowych pomp CRIO do układów MBE III-V oraz II-VI (2 szt.)

SPECYFIKACJA:

1. Pompy kriogeniczne (2 sztuki) muszą być kompatybilne z systemem Riber c21
Szybkość pompowania nie gorsza niż :
H₂O: 4000 l/s
Air: 1500 l/s
H: 2500 l/s
Ar: 1200 l/s

port przyłączeniowy : DN200CF
szybkość pompowania dla częstotliwości 60Hz: 90 min.
szybkość pompowania dla częstotliwości 50Hz: 110 min

Pompa kompatybilna z kompresorem CTI 8200 i standardem węży CTI.
Port pompy wstępnej : KF25.

Demontaż i montaż w systemie MBE.
2. Niezbędne do montażu uszczelki śrubki podkładki i nakrętki.

GWARANCJA – min. 12 miesięcy