

Opis przedmiotu zamówienia

Dejonizator wody z zestawem filtrów (mechaniczny, mikrobiologiczny, węglowy)

Standardowa wydajność systemu	minimum 5 L/h
Przewodność wody na wyjściu	0.055 μ S/cm
Poziom TOC	< 30 ppb
Cząstki > 0.22 μ m	< 1/mL (z filtrem 0.22 μ m)
Zasilanie	230V/50Hz
Komunikacja z PC	port RS232

Wyposażenie standardowe:

- filtr wstępny zewnętrzny PRE PAK
- zbiornik do magazynowania wody o pojemności min. 10L
- pompa wspomagająca umożliwiająca prace systemu przy niskim ciśnieniu wody zasilającej
- złącze RS 232

Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
Montaż urządzenia i szkolenie z obsługi w cenie zakupu