

ZP/UR/173/2014

Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 8: Dostawa komory do przygotowywania reakcji PCR

Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
Komora do przygotowywania reakcji PCR			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Komora zapewniająca sterylne warunki pracy i ochronę obrabianego materiału od zanieczyszczeń zewnętrznych, ze szczególnym przeznaczeniem do przygotowywania reakcji PCR	TAK/NIE	XXXX
2.	Laminarny, pionowy przepływ powietrza	TAK/NIE	XXXX
3.	Filtry: wstępny poliamidowy oraz główny absolutny HEPA	TAK/NIE	XXXX
4.	Skuteczność filtracji HEPA min. 99,997% dla cząstek MPPS (most penetrating particle size)	XXXX	
5.	Przepływ powietrza: wlot min. 0,50 m/s przestrzeń robocza min. 0,35 m/s	XXXX	
6.	Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej	TAK/NIE	XXXX
7.	Powierzchnia robocza o wymiarach: szerokość min. 900 mm głębokość min. 700 mm wysokość min. 650 mm	XXXX	
8.	Lampa oświetlająca przestrzeń roboczą, intensywność oświetlenia >1200 lux	XXXX	
9.	Min. 3 lampy bakterioobójcze UV, w tym min. 2 z możliwością przepływowej sterylizacji powietrza podczas pracy; moc każdej z lamp min. 18 W	XXXX	
10.	Licznik czasu pracy komory	TAK/NIE	XXXX
11.	Licznik czasu pracy lampy UV	TAK/NIE	XXXX
12.	Min. 1 gniazdo elektryczne (220/240 V) w obudowie komory	XXXX	
13.	Szyba frontowa wykonana z materiału nieprzepuszczalnego dla promieni UV, o grubości min. 5 mm	TAK/NIE	
14.	Możliwość pełnego zamknięcia obszaru roboczego	TAK/NIE	XXXX
15.	Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym	TAK/NIE	XXXX
16.	Sterowanie w celu przygotowania komory do pracy w trybie	TAK/NIE	XXXX

	automatycznym i manualnym		
17.	Potwierdzenie przeprowadzenia badania integralności filtrów, prędkości oraz przepływu powietrza (dołączyć protokół)	TAK/NIE	XXXX
18.	Poziom głośności <55db	XXXX	
19.	Stolik pod komorę, dopasowany do wymiarów i wagi komory laminarnej	TAK/NIE	XXXX
20.	Gwarancja min. 24 miesiące* (Stanowi kryterium oceny ofert)	XXXX	
21.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK/NIE	XXXX
22.	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.	XXXX	
23.	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	XXXX	
24.	Bezpłatne szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego	TAK/NIE	XXXX

UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- A. Cena brutto oferty : 80%
 B. Gwarancja (w miesiącach): 20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego okresu oferta zostaje odrzucona.
 Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.