



ZP/UR/18/2015

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 1: Dostawa kontenera z ciekłym azotem wraz z systemem do przechowywania w ciekłym azocie

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
<i>Poz. nr 1</i> Kontener z ciekłym azotem, 1 szt.			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1.	Kontener do przechowywania banków komórek/tkanek zaopatrujący, o pojemności min. 30 litrów (*stanowi kryterium oceny ofert)	xxxx	
2.	Wzmocniona aluminiowa konstrukcja obudowy	Tak/Nie	xxxx
3.	Obudowa malowana chemicznie odporną farbą proszkową	Tak/Nie	xxxx
4.	Uchwyty do przenoszenia zintegrowane z obudową (połączenie spawane, bezzawiasowe)	Tak/Nie	xxxx
5.	Statyczny czas utrzymania LN2: min 120 dni	xxxx	
6.	Średnia prędkość parowania: maksymalnie 0,5 litra/dobę	xxxx	
7.	Masa pojemnika pustego: max 20 kg	xxxx	
8.	Średnica otworu wlewowego: max 65 mm	xxxx	
9.	Średnica zewnętrzna: max 50 cm	xxxx	
10.	Stabilna podstawa ze stali nierdzewnej na kółkach gumowych, możliwość blokady min. 2 kółek	xxxx	
11.	System wypompowywania LN2 kompatybilny do oferowanych zbiorników: - system posiadać musi natychmiastową generację ciśnienia, po żądaniu napełniania(otwarciu zaworu) - w wyposażeniu wylewka z separatorem faz oraz wąż o długości min 120 cm - system posiadać musi zabezpieczenie zbiornika przed nadmierną generacją ciśnienia.	Tak/Nie	xxxx
12.	Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. (*stanowi kryterium oceny ofert)	xxxx	
13.	Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne	Tak/Nie	xxxx



14.	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.	Tak/Nie	xxxx
15.	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	Tak/Nie	xxxx
16.	Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego.	Tak/Nie	xxxx
Poz. nr 2 System do przechowywania w ciekłym azocie, 1 szt.			
1.	System (kontener/y stacjonarny/e) do bankowania komórek w ciekłym azocie	Tak/Nie	xxxx
2.	Wykonany z aluminium, powłoka zewnętrzna pokryta lakierem metalicznym.	Tak/Nie	xxxx
3.	Izolacja próżniowa.	Tak/Nie	xxxx
5.	Średni czas pracy - dni (bez napełniania): minimum 30 dni (*stanowi kryterium oceny ofert)	xxxx	
6.	Maksymalna objętość LN2 (l): min. 50l	xxxx	
7.	Prędkość parowania – maksymalnie 1l/24h (*stanowi kryterium oceny ofert)	xxxx	
8.	Masa zbiornika pustego (kg): maksymalnie 40	xxxx	
9.	Masa zbiornika pełnego (kg): maksymalnie 100	xxxx	
11.	Średnica otworu wsadowego (mm): maks. 250	xxxx	
12.	Średnica zewnętrzna (mm): maks 700	xxxx	
13.	Maksymalna ilość kriofiolek (2,0 ml) przechowywana w zbiorniku – minimum 2000 (*stanowi kryterium oceny ofert)	xxxx	
14.	Dołączone stelaże (metalowe wieszaki na pudełka kriogeniczne) i pudełka kriogeniczne w ilości pokrywającej maksymalną ilość kriofiolek przechowywaną w zbiorniku	Podać ilość stelaży oraz rodzaj i ilość pudełek	
15.	Podstawa ze stali nierdzewnej na min. 3 rolkach (2 rolki z hamulcem) ułatwiająca transport	Tak/Nie	
16.	Wraz z aparatem dostarczone niezbędne akcesoria ochronne: rękawice, maska, fartuch	Tak/Nie	xxxx
17.	Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. (*stanowi kryterium oceny ofert)	xxxx	
18.	Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne	Tak/Nie	xxxx
19.	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.	Tak/Nie	xxxx
20.	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	Tak/Nie	xxxx
21.	Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego.	Tak/Nie	xxxx



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WOJEWÓDZTWO



PODKARPACIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.