



ZP/UR/18/2015

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 6: Pipetor, 6 szt.

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
<i>Pipetor, 6 szt.</i>			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pipetor do ręcznego pipetowania z ergonomicznym uchwytem umożliwiającym pracę osób zarówno prawo-, jak i leworęcznych	TAK / NIE	XXXX
2.	Zasilanie akumulatorowe, ładowarka w formie statywu, przystosowana do napięcia 220V-240V	TAK / NIE	XXXX
3.	Pipetor może być ładowany w trakcie pracy	TAK / NIE	XXXX
4.	Współpracuje ze wszystkimi rodzajami pipet serologicznych o objętości od 0,1 ml do 200 ml lub w szerszym zakresie	TAK / NIE	XXXX
5.	Możliwość pracy zarówno z pipetami na wydmuch, jak i pipetami wzorcowanymi na wylew	TAK / NIE	XXXX
6.	Regulacja szybkości dozowania i pobierania	TAK / NIE	XXXX
7.	Wymienny hydrofobowy filtr membranowy o średnicy porów nie większej niż 0,2 µm	XXXX	
8.	Regulacja szybkości pipetowania	TAK / NIE	XXXX
9.	Przyciski umożliwiające płynną regulację napełniania i opróżniania pipety	TAK / NIE	XXXX
10.	Posiada kolorowy wyświetlacz wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy	TAK / NIE	XXXX
11.	Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV	TAK / NIE	XXXX
12.	Autoklawowalny trzon pipetora	TAK / NIE	XXXX
13.	W zestawie uchwyt do montażu ściennego	TAK / NIE	XXXX
14.	Zestaw startowy pipet serologicznych o objętościach 2 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml, zapewniający możliwość rozpoczęcia pracy	TAK / NIE	XXXX
15.	Gwarancja min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego	XXXX	
16.	Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne	TAK / NIE	XXXX
17.	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.	TAK / NIE	XXXX



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WOJEWÓDZTWO



PODKARPACKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



18.	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	TAK / NIE	XXXX
19.	Instrukcja obsługi i dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca	TAK / NIE	XXXX

UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.