

ZP/UR/26/2015

Załącznik nr 1.16 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do siwz UR

Zadanie 16: Dostawa aparatu do denaturacji i hybrydyzacji próbek na szkiełkach mikroskopowych

Aparat do prowadzenia reakcji PCR szt.1 – dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia

Lp.	Specyfikacje techniczne
1	Urządzenie elektryczne – zasilanie 220 – 240 V
2	Płyta grzejna z pokrywą kontrolowana mikroprocesorowo
3.	Minimum 40 programów dla 3 opcji działania: Denaturowania i Hybrydyzacji
4	Pojemność min. 12 szkiełek
6	Max temperatura min 99 ° C
7	Czas przetwarzania od 0 – max 99 godzin
8	Czas ogrzewania od 37 do 95 ° C max 3 minuty
9	Czas chłodzenia od 95 do 45 ° C max 6 minut
10	Stołość temperaturowa na płycie grzewczej max +/- 1 st. C
11	Długość nie większa niż 50 cm
12	Certyfikat CE
13	Bezpłatne szkolenie z zakresu użytkowania i konserwacji.
14	Gwarancja minimum 12 miesięcy
15	Okres naprawy – reakcja serwisu max 24 h
16	Okres naprawy – max 14 dni
17	Kryteria oceny: 70% cena 20% termin dostawy i montażu 10% gwarancja