

ZP/UR/26/2015

Załącznik nr 1.3 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: Dostawa kriostatu półautomatycznego

Kriostat półautomatyczny szt. 1 - dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia

L.p.	Parametry techniczne kriostatu półautomatycznego
1	Komora kriostatu wykonana z materiałów odpornych na korozję, z własnym oświetleniem z niezależnym wyłącznikiem i rozsuwanym, podgrzewanym oknem
2	Temperatura w komorze kriostatu regulowana w zakresie od 0°C do min. - 35°C
3	Niezależnie regulowana temperatura półki szybkiego zamrażania w zakresie minimum od -5°C do min. - 55°C
4	Mechanizm mikrotomu umieszczony poza komorą chłodzenia (oprócz głowicy i noża)
5	Elektromechaniczny system podprowadzania próbki
6	Grubość cięcia, temperatura komory, temperatura głowicy, temperatura półki szybkiego zamrażania sterowane za pomocą dotykowego ekranu
7	Poziomy zakres ruchu głowicy: min. 25mm
8	Retrakcja: standardowa
9	Regulacja grubość cięcia od: 1 do min. 60µm w krokach : - od 1 do 20µm co max. 1µm - od 20 do 60µm co max. 5µm
10	Wyposażenie zapobiegające zwijaniu preparatu
11	Funkcja stabilizacji temperatury próbki na głowicy z niezależną regulacją względem komory roboczej
12	Półka szybkiego zamrażania na min. 6 próbek, schładzanych jednocześnie do temperatury -55°C lub niższej.
13	Dodatkowa półka z możliwością przechowywania kriokasetek na preparaty w temperaturze około -35°C +/- 5 %
14	System odszraniania i szybkiego usuwania próbek z kriokasetek - Funkcja podgrzewania próbki
15	Automatyczny system rozmrażania komory
16	System dekontaminacji
17	Wyposażenie w blokadę koła cięcia
18	Blokada elektromechaniczna przed niepowołanym otwarciem okna kriostatu
19	Wyposażenie w uchwyt do noży jednorazowych niskoprofilowych
20	Kompletne wyposażenie umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie
21	W zestawie z kriostatem wyposażenie dodatkowe na start (noże jednorazowe i żel do przymrażania)
22	Zasilanie 230V
23	Bezpłatne szkolenie w zakresie użytkowania i konserwacji
24	Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE i wpisany/zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych.
25	Gwarancja minimum 12 miesięcy
26	Okres naprawy – reakcja serwisu max. 24 h.

27	Okres naprawy – max. 14 dni.
28	Kryteria oceny oferty: 70 % cena 20% termin dostawy i montażu 10% gwarancja