

ZP/UR/26/2015

Załącznik nr 1.6 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do siwz UR

Zadanie 6: Dostawa stacji do zatapiania materiału tkankowego

Zatapiarka dwumodułowa lub trzymodułowa do materiału histopatologicznego szt. 1 dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia

1	Urządzenie dwu- lub trzy- modułowe: - moduł dozownika z możliwością przechowywania kasetek oraz foremek, - moduł płyty chłodzącej
2	Pojemność pojemnika na parafinę minimum 5L
3	Niezależna cyfrowa regulacja temperatury każdego zbiornika
4	Ekran dotykowy LCD
5	Minimum 6 podgrzewanych miejsc na pęsety różnej wielkości
6	Zakres regulacji temperatury zbiornika z parafiną od 50 do max. 70°C
7	Moduł dozownika wyposażony w oświetlenie LED obszaru roboczego - możliwość wybierania min. 5 intensywności światła
8	Moduł dozownika wyposażony w niezależne oświetlenie LED obszaru akcesoriów
9	Moduł dozownika wyposażony w duży zimny punkt mieszczący wanienkę typu supermega o wymiarach 70 x 50 mm do wstępnego ustawienia próbki włączany niezależnie o temperaturze ok. 5°C (+/- 10%)
10	Moduł płyty chłodzącej z możliwością samodzielnej pracy
11	Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym
12	Wbudowane przyłącze dodatkowej pincety podgrzewanej
13	Możliwość opróżnienia zbiornika na kasetki z parafiny przez zawór spustowy bezpośrednio do pojemnika na odpady za pomocą dołączonego do urządzenia systemu zabezpieczającego personel przed przypadkowym rozlaniem parafiny
14	Wbudowany podgrzewany trymer do usuwania nadmiaru parafiny z kasetek
15	Płynna regulacja strumienia parafiny
16	Regulacja położenia przycisku dozowania parafiny w celu dostosowania do wymiarów
17	Wyposażenie dodatkowe (możliwość doposażenia urządzenia) - Lupa którą można zdemontować bez użycia narzędzi - Włącznik nożny elektrozaworu dozownika parafiny - Elektrycznie podgrzewana pęseta z końcówką o grubości 1 lub 2mm - 3 dociskacze różnych rozmiarów do zatapianych materiałów tkankowych
1 8	Powierzchnia płyty chłodzącej mogąca pomieścić co najmniej 50 standardowych kasetek histopatologicznych
1 9	Wymiary płyty chłodzącej nie mniejsze niż: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość 410mm
20	Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą)
21	Gwarancja minimum 12 miesięcy
22	Bezpłatne szkolenie z zakresu użytkowania i konserwacji
23	Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE i wpisany/zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych.
24	Okres naprawy – reakcja serwisu max. 24 h.

25	Okres naprawy – max. 7 dni.
26	Kryteria oceny 70% cena 20% termin dostawy i montażu urządzenia 10% gwarancja