

ZP/UR/32/2015

Załącznik nr 1.10 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis urządzeń jakie oferuje Wykonawca

Zadanie 10: Dostawa wagi analitycznej – 3 sztuki

Laboratoryjna waga analityczna szt. 3 - urządzenie fabrycznie nowe – dostawa

- Obciążenie maksymalne [Max] nie mniej niż 100 g
- Obciążenie minimalne nie więcej niż 10 mg
- Min dokładność odczytu max [d] 0,1 mg
- Zakres tary - nie mniej niż 110 g
- Kalibracja wewnętrzna (automatyczna)
- Wyświetlacz LCD (z podświetleniem)
- Wymiar szalki \varnothing 85 mm \pm 5 mm
- Zasilanie 230V AC, 50 Hz / zasilacz
- Okres naprawy – reakcja serwisu max. 24h.
- Okres naprawy – max 14 dni
- Gwarancja minimum 12 miesięcy
- Kryteria oceny:
 - 70% cena
 - 20% termin realizacji zamówienia
 - 10% gwarancja

(oferowany okres gwarancji należy obowiązkowo wpisać do formularza oferty-zał. nr 1 do siwz)

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej

(oferowany termin dostawy należy obowiązkowo wpisać do formularza oferty-zał. nr 1 do siwz)

Maksymalny wymagany termin realizacji wynosi 30 dni.