

ZP/UR/32/2015

Załącznik nr 1.2 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis urządzeń jakie oferuje Wykonawca

Zadanie 2: Dostawa dyfuzora przenośnego

Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne:

- urządzenie do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni i powietrza
- metoda dezynfekcji: mikrodyfuzja
- urządzenie wytwarzające aktywną mikromgłę dezynfekcyjną
- dezynfekcja bez moczenia lub płamienia dezynfekowanych powierzchni, bez konieczności wycierania lub zmywania środka dezynfekcyjnego po zakończeniu procesu
- konstrukcja dostosowana do stosowania w jednym urządzeniu preparatów: dezynfekcyjnego, dezynfekcyjno-sporobójczego, insektobójczego. Preparaty dopuszczone do obrotu – przeznaczone do mikrodyfuzji. Przy dostawie załączyć odpowiednie pozwolenia wydane przez Ministra Zdrowia
- średnia wielkość emitowanych cząsteczek dezynfekujących nie więcej niż 5 mikronów
- zdolność dezynfekcji pomieszczenia o kubaturze minimum 300 m³
- pojemnik na roztwory dezynfekcyjne minimum 2 litry
- elektroniczna regulacja czasu programatora z cyfrowym wyświetlaczem – z samoczynnym wyłączaniem urządzenia po osiągnięciu żądanego wysycenia powietrza
- konstrukcja urządzenia w oparciu o kompresor o mocy maksymalnie do 350 W
- obudowa metalowa – stal galwanizowana, lakierowana lub kwasoodporna
- waga 15 – 30 kg
- dysza dezynfekcyjna ruchoma na urządzeniu obrotowym, umożliwiającym automatyczne bezobsługowe rozpylanie preparatów w pełnym zakresie obrotu
- dysza umieszczona na giętkim węży o długości minimum 2500 mm
- ciśnienie wylotowe: minimum 5 bar
- urządzenie posiadające automatyczny program czyszczenia dyszy po zakończeniu dezynfekcji
- elektroniczny programator z wyświetlaczem cyfrowym wbudowany w urządzenie
- możliwość ustawienia min 3 zabiegów dezynfekcyjnych o zróżnicowanym czasie pracy
- możliwość zaprogramowania całego tygodnia pracy

- sygnalizacja świetlna informująca o konieczności zmiany zbiornika z płynem dezynfekcyjnym
- w wyposażeniu: środek dezynfekcyjny- 20 litrów, środek insektobójczy – 6 litrów, środek usuwający przykre zapachy – 6 litrów, środek dezynfekcyjny aktywny wobec wirusa AH1N1- przeznaczony do dezynfekcji wyrobów medycznych – 6 litrów
- opisać ww. preparaty, a przy dostawie załączyć charakterystyki, etykiety wyżej wymienionych preparatów

Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.

Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego.

Gwarancja min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 80%

Okres gwarancji - 20%

(oferowany okres gwarancji należy obowiązkowo wpisać do formularza oferty-zał. nr 1 do siwz)

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.