

ZP/UR/32/2015

Załącznik nr 1.8 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis urządzeń jakie oferuje Wykonawca

Zadanie 8: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 8 sztuk

Chłodziarka laboratoryjna pionowa - szafowa szt. 8 - urządzenie fabrycznie nowe – dostawa

- Pojemność komory nie mniej jak 450 litrów
- Programowanie temperatury w zakresie od 0°C do 15°C
- Materiał obudowy – stal nierdzewna
- Drzwi pełne, samozamykające
- Kontrola dostępu/zamknięcie
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej
- Wymuszony obieg powietrza
- Podział komory regulowanymi półkami na nie mniej jak 4 strefy (min. 3 półki)
- Panel sterowania LCD
- Pamięć danych z minimalnymi i maksymalnymi temp.
- Port komunikacyjny USB do odczytu zapisanych danych
- Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm zaniku zasilania
- Wymiary zewnętrzne pozwalające na transport przez drzwi 200 x 90 cm
- Okres naprawy – reakcja serwisu max 24h.
- Okres naprawy – max 7 dni
- Gwarancja minimum 12 miesięcy
- Kryteria oceny:
 - 70% cena
 - 20% termin dostawy i montażu urządzenia
 - 10% gwarancja

(oferowany okres gwarancji należy obowiązkowo wpisać do formularza oferty-zał. nr 1 do siwz)

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej

(oferowany termin dostawy należy obowiązkowo wpisać do formularza oferty-zał. nr 1 do siwz)

Maksymalny wymagany termin realizacji wynosi 30 dni.