



ZP/UR/37/2015

Załącznik nr nr 2.1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia

ZADANIE 1: Dostawa mikroskopu

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
Mikroskop 1 szt.			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Optyka korygowana do nieskończoności	Tak/Nie	xxxxx
2.	Długość optyczna obiektywów 45 mm lub mniej	xxxxx	
3.	Podstawa wykonana w całości z metalu, z uchwytem do przenoszenia	Tak/Nie	xxxxx
4.	Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 4 gniazdowy	xxxxx	
5.	Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, regulacja siły bez używania narzędzi, z jednej strony śruba mikrometryczna płaska	Tak/Nie	xxxxx
6.	Możliwość wbudowania oświetlacza diodowego w miejsce oświetlacza halogenowego	Tak/Nie	xxxxx
7.	Porty zewnętrzne wbudowane w statyw mikroskopu co najmniej: USB 2.0, HDMI, RJ45, gniazdo kart SD	Tak/Nie	xxxxx
8.	Oświetlacz halogenowy o mocy min. 30 W	xxxxx	
9.	Automatyczny wyłącznik oświetlacza w przypadku dłuższego nie używania mikroskopu	Tak/Nie	xxxxx
10.	Obiektywy klasy planachromat (z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej) 1szt. 10x/N.A. 0,25 Ph 1 (z kontrastem fazowym) 1 szt. 40x/N.A. 0,5 Ph 1 (z kontrastem fazowym)	xxxxx	
11.	Wymiary stolika co najmniej (200x230)mm	xxxxx	
12.	Prowadnica XY, zakres ruchu co najmniej (100 x 70)	xxxxx	



	mm		
13.	Stolik wyposażony w <u>Uchwyty do:</u> - do mikroplitek, butelek i szalek Petriego d=95 mm - do szalek Petriego d=88 mm, 65 mm, 54 mm, 36 mm - do szkiełek 76x26 mm - do komór hodowlanych	Tak/Nie	xxxxx
14.	Kondensator z regulowaną przysłoną aperturową, odległość robocza 70 mm lub większa, kondensator odsuwany do obserwacji dużych naczyń hodowlanych	Tak/Nie	xxxxx
15.	Wbudowana na stałe w statyw kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 5 mln pikseli, przekątnej elementu światłoczułego min. 1/2,5", digitalizacja co najmniej: 3 x 8 bitów / piksel	xxxxx	
16.	Wyposażenie mikroskopu - Pokrowiec antystatyczny - Komplet narzędzi niezbędnych do konserwacji mikroskopu np. Wymiany żarówki oświetlacza - Pilot do sterowania akwizycją obrazu - Tablet sterujący kamerą cyfrową, połączony z mikroskopem bezprzewodowo, przekątna ekranu dotykowego min. 9 cali, pamięć RAM min. 32 GB - Oprogramowanie do sterowania akwizycją zdjęć	Tak/Nie	xxxxx
17.	Gwarancja min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. (*stanowi kryterium oceny ofert)	xxxxx	
18.	Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji	Tak/Nie	
19.	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.	xxxxx	
20.	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	Tak/Nie	xxxxx
21.	Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca	Tak/Nie	xxxxx

UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.