

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Do oferty Wykonawca dołącza opis produktów jakie oferuje

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

1. Pełna nazwa urządzenia: defibrylator ratowniczy aed – 2szt.

L.P.	NAZWA PARAMETRU	WYMAGANA WARTOŚĆ
1	Bateria zintegrowana z elektrodami	Tak
2	Przydatność baterii nie mniejsza niż	4 lata
3	Przydatność elektrod nie mniejsza niż	4 lata
4	Gwarancja na defibrylator	7 lat
5	Liczba defibrylacji z baterii	min. 50
6	Czas ciągłego monitorowania z baterii	min. 5 godzin
7	Ciężar wraz z baterią	poniżej 1,2 kg
8	Wymiary urządzenia	
a	- wysokość maks. 30 cm	Tak
b	- szerokość maks. 25 cm	Tak
c	- długość maks. 10 cm	Tak
9	Zakres temperatury pracy od 0°C do 50°C	Tak
10	Regulacja głośności podpowiedzi głosowych	Tak
11	Rodzaj (kształt) fali – niskoenergetyczny impuls dwufazowy	Tak
12	Maksymalna energia wyładowania	200J
13	Elektrody samoprzylepne do defibrylacji	Tak
14	Czas ładowania defibrylatora do energii 200J	poniżej 12 sek.
15	Tryb doradczy (podpowiedzi graficzne i głosowe w j. polskim)	Tak
16	Praca w standardzie ERC 2010	Tak
17	Defibrylacja w trybie AED	Tak
18	Pamięć o pojemności min 45 min. zapisu EKG i rejestru zdarzeń	Tak
19	Spełnienie normy IP 56	Tak
20	Torba na defibrylator	Tak
21	Możliwość zastosowania u dzieci poniżej 25 kg	Tak

2. Specyfikacja na manekin do nauki intubacji – 1 szt.

L.p.	Parametry graniczne	TAK
	<i>Manekin do nauki intubacji</i>	
	Manekin do nauki intubacji	Tak
	Poglądowy anatomiczny model dróg oddechowych	Tak
	Możliwość podłączenia drzewka oskrzelowego	Tak
	Funkcje i cechy manekina	
	Intubacja przez nos i usta	Tak
	Intubacja z zastosowaniem rurki intubacyjnej, Combitube, maski krtaniowej	Tak
	Wentylacja za pomocą resuscytatora	Tak
	Udrożnienie dróg oddechowych poprzez odessanie treści z dróg oddechowych	Tak
	Symulacja skurczu krtani	Tak
	Symulacja wymiotów	Tak
	Demonstracja manewru Selicka	Tak
	Walizka lub torba	Tak

Gwarancja: min. 12 miesięcy