

Opis przedmiotu zamówienia:

Defibrylator AED

defibrylator AED, minimum półautomatyczny
wybór energii dorośli minimum 120J
stopień ochrony: minimum IP55
wyświetlacz minimum LED
instrukcje głosowe prowadzące przez cały proces reanimacji minimum w języku polskim
żywotność elektrod minimum 5 lat
żywotność baterii minimum 5 lat
minimum 6 latania gwarancja na urządzenie
minimum funkcja informacji zwrotnej o przebiegu reanimacji

Wyposażenie:

bateria
para elektrod
instrukcje obsługi w języku polskim
torbę transportowa
apteczkę (przenośny zestaw pierwszej pomocy)
naklejkę z logo AED
znak Kierunku do AED w lewo, format: minimum 150x300mm, PCV 1mm – 1 szt.
znak Kierunku do AED w prawo, format: minimum 150x300mm, PCV 1mm-1 szt.
znak AED – 1 szt
tablica algorytm postępowania przy reanimacji z AED

Szafka zawieszana na AED

Kolor: zielony lub biały
Oznaczenie szafki: minimum znak AED

Apteczka pierwszej pomocy

Apteczka ścienna
Wymiary: minimum 30 x 22 x 12 cm

Wyposażenie

minimum plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.)
minimum plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
minimum zestaw plastrów, 4 rodzaje
minimum bandaż z kompresem 6x8 cm (1 szt.)
minimum bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
minimum bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)
minimum rękawiczki winylowe (2 pary)
minimum chusta opatrunkowa 60x80 cm (1szt.)
minimum chusta z flizeliny 20x30 cm (5 szt.)
minimum bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.)
minimum bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.)
minimum kompres na rany 10x10 cm (6 szt.)
minimum kompres na oko 5x7,5 cm (2 szt.)
minimum zimny kompres (1 szt.)
minimum chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.)
minimum koc termiczny 160x210 cm (1 szt.)
minimum nożyczki 19,5 cm (1 szt.)
minimum torba foliowa (2 szt.)
minimum aparat do sztucznego oddychania
minimum instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia

Miejsce dostawy:

Ul. Warszawska 26a, Rzeszów, Centrum Symulacji Medycznej