

ZP/UR/19/2019

Opis przedmiotu zamówienia – zadanie 1

Mikrowirówka z rotorem na probówki 12x1.5/2.0 ml, max prędkość 14,500

1/min, 14,100 x g, czas rozpędu i hamowania <13 s, wyświetlacz czasu i

prędkości obrotowej, autoklawowalny wirnik,

przykładowy model spełniający wymagania: Eppendorf MiniSpin 1.122.010.000

Gwarancja: min.24 miesiące