

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 3: Sprzedaż i dostawa wraz z wymianą fabrycznie nowych pomp CRIO do układów MBE

**Usługa dostawy i wymiany fabrycznie nowej pompy CRIO do układów
MBE III-V oraz II-VI (1 szt.)**

SPECYFIKACJA:

1. Pompa kriogeniczna musi być kompatybilna z systemem Riber c21

Szybkość pompowania nie gorsza niż :

H₂O: 4000 l/s

Air: 1500 l/s

H: 2500 l/s

Ar: 1200 l/s

port przyłączeniowy : DN200CF

szybkość pompowania dla częstotliwości 60Hz: 90 min.

szybkość pompowania dla częstotliwości 50Hz: 110 min

Pompa kompatybilna z kompresorem CTI 8200 i standardem węży CTI.

Port pompy wstępnej : KF25.

Demontaż i montaż w systemie MBE.

2. Niezbędne do montażu uszczelki śrubki podkładki i nakrętki.

GWARANCJA – min. 12 miesięcy