

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Zakup lampy rentgenowskiej niezbędnej do użytkowania specjalnego urządzenia badawczego (SPUB – KMiBM)

Lampa rentgenowska kompatybilna i dedykowana dla goniometru Stresstech Xstress G3 – wymagania minimalne:

- Materiał: tytan (Ti), napięcie / prąd 0-30kV / 0-8mA, moc maks. 240 W.
- Lampa kontrolowana przez oprogramowanie komputerowe PC Xtronic poprzez TCP / IP.
- Osłona blokady bezpieczeństwa dla obudowy lampy.
- Karta ID-PCB do identyfikacji typu lampy rentgenowskiej, numeru ID i czasu użytkowania.
- Wężę gumowe płynu chłodzącego z wbudowanym sitkiem i szybkozłączami bez spustów. Długość węża 5 m.
- Kabel wysokiego napięcia 5 m oraz specjalne złącze wysokiego napięcia dla Xstress XMU.

Wężę płynu chłodzącego i kabel wysokiego napięcia w osłonie ochronnej z taśmą Velcro

Lampa rentgenowska powinna mieć wbudowany czujnik temperatury do kontrolowania temperatury rurki.

Okres gwarancji na lampę rentgenowską - minimalnie 12 miesięcy.